



PLAN DE CALIBRACIÓN

quattro

03/03/2006

Equipo	Tipo de control	Fecha de calibración/ verificación	Frecuencia	Próxima calibración/ verificación	Incertidumbre / tolerancia máx.aceptada	Incertidumbre / tolerancia obtenida	Conforme	Observaciones
Báscula	Calibración	14/02/06	Mensual	16/03/06	5,00 gramos	5,00	S	
Micrómetro de exteriores	Calibración	30/11/05	Semestral	29/05/06	5,00 micras	5,00	S	
Estación Total	Calibración	20/12/05	Anual	20/12/06	0,00 Grados	0,01	N	
cinta	Calibración	10/02/06	2 años	10/02/08	2,00 mts	6,00	N	